

施設長様
一般部門担当者様

公益社団法人 滋賀県臨床検査技師会
精度管理委員会委員長 山出 忠彦
精度管理一般部会代表 山田 真以

2019 年度一般検査部会精度管理実施要綱

盛夏の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は滋臨技精度管理事業にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本年度も一般検査精度管理を下記の要領で実施いたしますので、ご多忙中とは存じますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。

記

1.実施日

試料発送	2019 年 8 月 5 日 (月)
検査実施日	試料到着後

2.配布試料

1)便潜血検査

- ・試料 1.市販ヒトヘモグロビン擬似便①(粉末試料①、溶解液①、攪拌棒)
- ・試料 2.市販ヒトヘモグロビン擬似便②(粉末試料②、溶解液②、攪拌棒)
- ・試料 3.市販ヒトヘモグロビン擬似便③(粉末試料③、溶解液③、攪拌棒)
- ・参考試料①市販ヒトヘモグロビン擬似便 A、B、C(凍結試料)
- ・参考試料②*液体試料①、②

*参考試料②については、定量報告施設にのみ送付させていただきます。

*試料 3、参考試料①②は評価対象外とします。

2)尿定性検査(蛋白・糖・潜血*)

- ・試料 A、B

*尿潜血については、今年度は評価対象外とします。

3)フォトサーベイ

- ・設問文＋写真：10 問(尿沈渣検査 8 問、髄液検査 2 問)

※フォトサーベイの設問と写真は JAMTQC の「手引書」よりダウンロードできます。

3.実施方法

日本臨床衛生検査技師会の HP にアクセスし、「臨床検査精度管理調査内」の「JAMTQC 参加施設向けシステム」より、施設番号・パスワードを入力してログインしてください。回答入力画面の右上にある「手引書」より、「一般検査：試料の取扱・実施方法」の PDF を開き、「試料の取り扱い・実施方法」に従い、実施して下さい。

4.回答締め切り日

2019 年 8 月 23 日（金）

5.報告書記入、結果報告

1) JAMTQC でのサーベイ結果報告

日本臨床衛生検査技師会の HP にアクセスし、「臨床検査精度管理調査内」の「JAMTQC 参加施設向けシステム」より、施設番号・パスワードを入力してログインして下さい。検査分野より“一般”を選択し、それぞれの項目について各測定結果、回答、必要事項等を入力して下さい。入力後は必ず「保存して閉じる」もしくは「保存して次の項目へ」・「保存して前の項目へ」をクリックして下さい。

2) JAMTQC でのシステム不具合により回答入力困難になった場合の結果報告方法

滋賀県臨床検査技師会 HP にアクセスし、「2019 年度 滋賀県検査精度管理ページ」より、一般部会の報告用エクセルファイルをダウンロードし、メールに添付の上、ご報告お願い致します。メールの送付先は maimaiyamama@gmail.com（彦根市立病院 山田真以 宛）で、件名は「2019 年度 滋賀県精度管理一般部会報告書」として下さい。

注) 便潜血検査を、定性検査にて実施している施設は「便中ヒトヘモグロビン定性」に、定量検査にて実施している施設は「便中ヒトヘモグロビン定量」にそれぞれ結果を入力下さい。

注) フォトサーベイにおいて、「髄液フォトに参加されますか？」にて「いいえ」を選択された施設は、設問 9、設問 10 の回答の必要はありませんので、空欄にてご報告下さい。

注) 回答締め切り後の入力、変更は不可となりますので、回答の入力は余裕を持って行ってください。尚、統計資料には初回報告の結果、数値を用いますので誤入力には十分注意してください。必ず、回答の控えを取っていただきますようお願いします。尿定性検査、フォトサーベイの評価判定 C の施設には速やかに報告致します。又、試料の再送付による再検査及び誤差要因の追及に御協力願います。

問い合わせ先：彦根市立病院 臨床検査科 山田 真以

〒522-8539

滋賀県彦根市八坂町 1882 番地

TEL 0749-22-6050(内線 1730)

FAX 0749-22-6202

Mail maimaiyamama@gmail.com